



UF: MG
Município: PIMENTA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/10/2018 10:41:32

Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO XII PREGÃO 041/2018 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

Número do Processo: 000056/2018 Modalidade: Pregão Presencial Sequencial: 000041

Data: 03/09/2018 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: DECRETO - 1979/2018 - PREGÃO

Processo de Registro de Preços

Entrega: 15/10/2018 08:00:00 Abertura: 15/10/2018 08:00:00 Proposta: 15/10/2018 08:00:00

Finalidade: 06.0001 - Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

Objeto: Material de Consumo.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid	Med	Quantidade
00001	023764	Concentrador de Oxigênio Estacionário.	C	Unid.	6.0000

Especificação: Concentrador de Oxigênio Estacionário com a seguinte especificação mínima:

- Tipo de Concentrador: Estacionário;
- Voltagem: 110 V;
- Vazão de oxigênio: 0,5 a 5 litros/minuto;
- Pressão de saída: 5,5 psi;
- Concentração de oxigênio: 93% \pm 3%;
- Nível de Ruído: 45 dBA;
- Com indicador de porcentagem de oxigênio;
- Pureza de O₂ (5l/min): 93% (\pm 3%);
- Dimensão do Produto (A x L x P): 59cm x 38cm x 24cm;
- Peso do Produto: 14 kg;
- Com extensão mínima do cabo de 1,5 metros;
- 01 umidificador;
- 01 cateter nasal em silicone;
- Produto com registro na ANVISA.

00002	023765	Locação de Kit' de Concentrador de Oxigênio com Manutenção Preventiva e Corretiva para Tratamento Domiciliar do Paciente com Insuficiência Respiratória Crônica.	C	Sv.	150.0000
-------	--------	--	---	-----	----------

Especificação: Locação de Kit' de Concentrador de Oxigênio com Manutenção Preventiva e Corretiva para Tratamento Domiciliar do Paciente com Insuficiência Respiratória Crônica com as seguintes especificações mínimas:

- Tipo de Concentrador: Estacionário;
- Voltagem: 110 V;
- Vazão de oxigênio: 0,5 a 5 litros/minuto;
- Pressão de saída: 5,5 psi;
- Concentração de oxigênio: 93% \pm 3%;
- Nível de Ruído: 45 dBA;
- Com indicador de porcentagem de oxigênio;
- Pureza de O₂ (5l/min): 93% (\pm 3%);
- Dimensão do Produto (A x L x P): 59cm x 38cm x 24cm;
- Peso do Produto: 14 kg;



UF: MG
Município: PIMENTA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/10/2018 10:41:33

Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO XII PREGÃO 041/2018 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

Número do Processo: 000056/2018 Modalidade: Pregão Presencial Sequencial: 000041

Data: 03/09/2018 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: DECRETO - 1979/2018 - PREGÃO

Processo de Registro de Preços

Entrega: 15/10/2018 08:00:00 Abertura: 15/10/2018 08:00:00 Proposta: 15/10/2018 08:00:00

Finalidade: 06.0001 - Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

Objeto: Material de Consumo.

- Com extensão mínima do cabo de 1,5 metros;
- 01 umidificador;
- 01 cateter nasal em silicone;
- Produto com registro na ANVISA.

Kit contendo os seguintes acessórios: Umidificador / Cânula / Cateter Nasal de Silicone com Extensão de no Mínimo 2,0 m / com a Substituição do Cateter a Cada 30 dias.

Observações: Registro de Preços para Futura e Eventual Locação e Aquisição de Aparelhos Concentrador de Oxigênio para atendimento da demanda existente com pacientes domiciliares do Município de Pimenta/MG